YKDMED TM

Nr. de înregistrare producție: Nr. de înregistrare Guangdong Shenzhen producție de alimente și medicamente și mașini: 20160118
Nr. de înregistrare: Nr. de înregistrare mașini Guangdong Shenzhen 20160374

Cablu EKG Manual de instructiuni

- **Denumirea produsului și specificatiile modelului**

Vezi eticheta produsului

- **Domeniul de utilizare**

Acest produs este destinat transmiterii semnalului Monitorului EKG , cablului EKG și cablului EEG.

- **Contraindicatii**

Nu conectati electrodul EKG conectat la acest produs la pacientii cu leziuni ale tesutului. Nu este recomandat pentru pacientii și utilizatorii alergici la plastic TPU, PVC, TPE, ABS.

- **Structura produsului**



Acest produs constă din conector lateral instrument, cablu, splitter, mufă splitter, fir conductor, conector electrod, toate materialele sunt din PVC medical, terminalele și conectorul constau din piese din cupru pur.

- **Notă**

a) Asigurati-vă că electati corect electrodul, să se potrivească și conectorului cablului EKG, în functie de locul testării și de cerintele privind echipamentul, care pot să difere; de aceea pot exista modele diferite de electrozi. Dacă nu le puteti potrivi și transmiterea semnalului este obstacolată, vă rugăm să înlocuiti cu celelalte modele de electrozi sau cu alt cablu EKG.

b) Asigurati-vă că fiecare electrod este marcat cu amplasarea corectă.

c) Acest cablu EKG este folosit la instrumente medicale specializate și este responsabilitatea operatorului să verifice dacă piesele sau echipamentele compatibile sau incompatibile vor afecta sau nu precizia testului; lipsa compatibilității poate duce la deteriorarea dispozitivului sau a acestui fir conductor EKG.

d) Vă rugăm să consultati manualul cu instructiunile de functionare a instrumentului înainte de a folosi cablurile celorlalte echipamente.

- **Instructiuni de utilizare**

1. Introduceti conectorul lateral al cablului EKG pentru instrumente în priza dispozitivului EKG și conectati splitter-ul la priză.
2. Conectati electrozii corezpunzători ai fiecărui conector de electrod. Notă: unele echipamente ar putea necesita un electrod de unică folosintă, pentru a garanta precizia măsurătorii; vă recomandăm să nu-l refolositi.
3. Electrodul trebuie conectat la corpul pacientului printr-o placă salină, su solutie salină naturală, după ce electrodul a fost fixat. Notă: fiecare electrod corespunde pozitiei corpului uman, fără eroare.
4. Monitorizarea normală.
5. În functie de functiile dispozitivului, pot fi necesare steări privind cablul dispozitivului (pentru detalii, vă rugăm să consultati manualul echipamentului)

- **Întretinerea, curătarea, dezinfectarea și sterilizarea**

a) Verificati dacă produsul este deteriorat și curat înainte de utilizare.
b) Curătarea: folositi o cârpă îmbibată cu detergent delicat sau solutie de săpun delicată; uscati după curătare.
c) Dezinfectarea: Dezinfectati folosind dezinfectant chimic, cum ar fi alcool, propanol sau fenol. Notă: Nu scufundati produsul în lichid, nu-l supuneti radiatiilor ultraviolete puternice.
d) Sterilizarea: la temperatură de 50 ℃ / 122 ℉ sterilizati cu oxid de etilenă (Eto). Apoi asigurati ventilatia necesară, conform recomandărilor producătorului.

- **Perioada de utilizare**

Se recomandă înlocuirea la fiecare șase luni. Dacă trebuie să-l folositi în continuare, evaluati și efectuati o inspectie strictă.

- **Metoda de depozitare**

Produsul curat, dezinfectat, uscat se așază într-o pungă de plastic sigilată, în următoarele conditii de mediu: Temperatură:-10…+40℃ Umiditate relativă<80% ; Presiune atmosferică86Kpa…106Kpa.

- **Serviciul de garantie**

Implementarea serviciului national al celor trei pachete de servicii。Pentru detalii, contactati dealer-ul Dvs. local.

- **Data fabricatiei, Durata de utilizare**

Vezi eticheta produsului (Opriti utilizarea produsului după 24 de luni de la expedierea acestuia)

Nesterilizat

Notă: fișier atașat

40℃ -10℃ Limita temperatură umezeală

106 kPa 86 kPa Limita presiunii atmosferice

Folositi produsul în perioada de valabilitate

LOT

REF

Eliminare ca deșeu

CartoMed echipamente medicale și consumabile

Producător :SHENZHEN YKD TECHNOLOGY CO.,LTD.

Adresa: 6F, Building 6. Huaxinruiming Industrial Area, Langrong RD,Xinwei Village, Dalang Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China.
Registered Address:6F, Building 6. Huaxinruiming Industrial Area, Langrong RD,Xinwei Village, Dalang Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China.
Service Address:6F, Building 6. Huaxinruiming Industrial Area, Langrong RD,Xinwei Village, Dalang Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, China.
TEL:0755-61116858 Service Call:0755-61186229 Email:sales1@ykdmed.com
Zip Code:518109 Website:www.ykdmed.com

Subsemnata MARCU ALINA BIANCA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine italiană şi engleză, în temeiul autorizației nr.31329, din data de 08.04.2011, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba italiană/engleză în limba română, în conformitate cu documentul original care mi-a fost prezentat, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT

MARCU ALINA BIANCA

Traducător și Interpret Autorizat
MARCU ALINA-BIANCA
Aut. M.J. Nr. 31329 / 2011
Limbile Engleză - Italiană

CartoMed
echipamente medicale si consumabile